

Der sog. "Sauerstoff-Konzentrator" ist unbrauchbar und gefährlich für unsere Patienten mit G  
Syndrom. Die Erzeugung eines ungewissen Luftgemisches mit Sauerstoff- und anderen Anreicherun  
gen aus der belasteten Raumluft durch dieses Gerät ist alles andere als reinsten "Medizinisch  
Sauerstoff" aus der Stahlflasche (der unter kontrollierten Bedingungen hergestellt wird und  
Arzneimittel entspr. dem Arzneimittelgesetz mit einer Gebrauchsanweisung ("Beipackzettel")  
versehen ist).

(Wenn Pulmologen (Lungenärzte) diesen "Konzentrator" für ihre lungen-geschädigten Patienten empfehlen,  
müssen sie auch dafür geradestehen. Ich kenne eigentlich nur Anaesthesisten (Narkoseärzte), denen  
Probleme einer Sauerstoff-behandlung einigermaßen bekannt sind)

Auch der (außerordentlich reine) "flüssige Sauerstoff" ist hier unbrauchbar, da er unentw  
gasförmigen Sauerstoff freisetzt und damit zu gefährlichen Sauerstoff-anreicherungen  
Innenräumen führt.

Reiner Medizinischer Sauerstoff ist bei uns im Einzelfall sowohl von Ersatz- wie von Primärkassen  
übernommen worden.